

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220458-2015:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Nagykanizsa: Orvosi felszerelések, gyógyszerek és testápolási termékek  
2015/S 121-220458**

**Ajánlati/részvételi felhívás**

**Árubeszerzés**

2004/18/EK irányelv

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)**

Kanizsai Dorottya Kórház  
AK15445  
Szekeres József utca 2–8.  
Címzett: dr. Brünner Szilveszter  
8800 Nagykanizsa  
MAGYARORSZÁG  
Telefon: +36 93502092  
E-mail: [titkarsag@nkkorhaz.hu](mailto:titkarsag@nkkorhaz.hu)  
Fax: +36 93502064

**Internetcím(ek):**

Az ajánlatkérő általános címe: [www.nkkorhaz.hu](http://www.nkkorhaz.hu)

**További információ a következő címen szerezhető be:**

dr. Fröhlich Klára, hivatalos közbeszerzési tanácsadó  
Ady u. 35/B.  
Címzett: dr. Fröhlich Klára, hivatalos közbeszerzési tanácsadó  
8800 Nagykanizsa  
MAGYARORSZÁG  
Telefon: +36 305686325  
E-mail: [drfrohlichklara@upcmail.hu](mailto:drfrohlichklara@upcmail.hu)  
Fax: +36 93314250

**A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó is) a következő címen szerezhető be:**

Kanizsai Dorottya Kórház  
Szekeres J. u. 2–8.  
Kapcsolattartási pont(ok): Titkárság  
Címzett: Rábavölgyi Hilda, titkárságvezető  
8800 Nagykanizsa  
MAGYARORSZÁG  
Telefon: +36 93502092  
E-mail: [titkarsag@nkkorhaz.hu](mailto:titkarsag@nkkorhaz.hu)  
Fax: +36 93502064  
Internetcím: [www.nkkorhaz.hu](http://www.nkkorhaz.hu)

**Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:**

Kanizsai Dorottya Kórház – Igazgatási Épület, Főigazgatói Titkárság fszt.  
Szekeres J. u. 2–8.  
Címzett: dr. Brünner Szilveszter, főigazgató  
8800 Nagykanizsa  
MAGYARORSZÁG  
Telefon: +36 93502092  
Fax: +36 93502064

- I.2) **Az ajánlatkérő típusa**  
Egyéb: egészségügyi intézmény
- I.3) **Fő tevékenység**  
Egészségügy
- I.4) **Beszerezés más ajánlatkérők nevében**  
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

## **II. szakasz: A szerződés tárgya**

- II.1) **Meghatározás**
- II.1.1) **Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:**  
Adásvételi szerződés.
- II.1.2) **A szerződés típusa és a teljesítés helye**  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye.  
NUTS-kód HU223
- II.1.3) **Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk**  
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
- II.1.4) **Keretmegállapodásra vonatkozó információk**
- II.1.5) **A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása**  
Adásvételi szerződés a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan, két részben az alábbiak szerint:  
— meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezések szállításával, üzembe helyezésével (a közbeszerzési eljárásban egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra felhasznált készülék nem ajánlható meg),  
— szállítói mérés elvégzésével az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására,  
— kezelőszemélyzet betanításával,  
— öt év jótállás vállalása mellett,  
— a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítása,  
— valamint a fenntartási időszakban (öt év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérések elvégzése, a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása,  
— a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés,  
— a régi berendezés leszerelése, elszállítása  
— valamint a fenti elvárások teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése (csatlakozási pontok kialakítása),  
a jelen felhívásban és a dokumentációban valamint a fent hivatkozott KEOP konstrukció „Pályázati felhívás”-ában foglaltaknak megfelelően.

Rövid hivatkozás: „Különféle orvostechnikai eszközök adásvétele”.

II.1.6) **Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)**

33000000

II.1.7) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) **Részek**

A beszerzés részekből áll: igen

Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) **Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk**

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) **Szerződés szerinti mennyiség**

II.2.1) **Teljes mennyiség:**

Adásvételi szerződés a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan (mindkét rész vonatkozásában):

— meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezések szállításával, üzembe helyezésével (a közbeszerzési eljárásban egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra felhasznált készülék nem ajánlható meg),

— szállítói mérés elvégzésével az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására,

— kezelőszemélyzet betanításával,

— öt év jótállás vállalása mellett,

— a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítása,

— valamint a fenntartási időszakban (öt év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérések elvégzése, a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása,

— a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés,

— a régi berendezés leszerelése, elszállítása,

— valamint a fenti elvárások teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése (csatlakozási pontok kialakítása),

a jelen felhívásban és a dokumentációban valamint a fent hivatkozott KEOP konstrukció „Pályázati felhívás”-ában foglaltaknak megfelelően.

1. részben:

1 darab, új C-íves röntgen készülék beszerzése.

A meglévő berendezés: C – íves OEC 7700 Series sebészeti képerősítő röntgen berendezés

2. részben:

1 darab új Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer beszerzése

A meglévő berendezés: 7XPro 100 – HF 632 digitális röntgen gép.

II.2.2) **Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ**

Vételi jog (opció): nem

II.2.3) **Meghosszabbításra vonatkozó információk**

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) **A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje**

napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

**Részekre vonatkozó információk**

Rész száma: 1

Elnevezés: 1 darab, új C-íves röntgen készülék beszerzése

1) **Rövid meghatározás**

Adásvételi szerződés a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan (mindkét rész vonatkozásában):  
— meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezések szállításával, üzembe helyezésével (a közbeszerzési eljárásban egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra felhasznált készülék nem ajánlható meg),  
— szállítói mérés elvégzésével az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására,  
— kezelőszemélyzet betanításával,  
— öt év jótállás vállalása mellett,  
— a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítása,  
— valamint a fenntartási időszakban (öt év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérések elvégzése, a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása,  
— a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés,  
— a régi berendezés leszerelése, elszállítása,  
— valamint a fenti elvárások teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése, a jelen felhívásban és a dokumentációban valamint a fent hivatkozott KEOP konstrukció „Pályázati felhívás”-ában foglaltaknak megfelelően.

1. részben:

1 darab, új C-íves röntgen készülék beszerzése.

A meglévő berendezés: C – íves OEC 7700 Series sebészeti képerősítő röntgen berendezés.

2) **Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)**

33000000

3) **Mennyiség**

1 darab, új C-íves röntgen készülék beszerzése.

4) **A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése**

napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) **További információk a részekről**

Bírálati szempont:

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ajánlatkérő által előírt minimális műszaki előírás, műszaki tartalom:

Műtői felhasználásra.

Energiaellátási igény 230 Volt 16 amper standard fali csatlakozó.

Felépítés: C-ív különálló monitorral.

Fókusz-képérzékelő távolság (SID) Minimum 95 cm.

C-ív szabad nyílás minimum 75 cm

C-ív mélység minimum 65 cm

C-ív rotációs mozgásának minimális mértéke +/- 180°

C-ív vertikális mozgás (motoros) minimum 40 cm

C- ív legyezőmozgás minimum +/- 10°

C- ív képerősítő súlya monitortartó kocsi nélkül max. 300 kg

Generátor

Nagyfrekvenciás monoblock, . Felvételi idő 0,1 – 4.0 sec közötti

Generátor teljesítménye, minimum 2 kW

Álló anódú röntgencső

Fókuszok száma min. kettő  
Folyamatos üzemmóddal  
Az anód hőmérsékletet a computer folyamatosan ellenőrzi.  
Kollimátorok  
Változtatható hat vagy nyolcszögletű (vagy esetleg több) írisz kollimátor  
Félig átlátszó réskollimátor  
Elektronikus kollimátor helyzet előjelzés sugárhasználat nélkül  
Képerősítő  
Hárommezős min. 23 cm-es képerősítő  
TFT Monitor antisztatikus villódzásmentes  
Az aktuális kVp és mA értékek megjelenítése  
Választható folyamatos, pulsus és snap shot funkciók  
Anatómiai előválasztás  
Képtárolási kapacitás min.5 000 kép a berendezés saját memóriájában  
Beépített médiameghajtó (CD vagy DVD)  
Képmátrix min. 512x512x8bit  
Képfeldolgozás  
Valós idejű automatikus fényerő-kontraszt szabályozás  
Valós idejű képélesség szabályozás  
Dicom Storage  
Dicom Worklist  
Dicom MPPS  
Tartozékok: lábpedál az átvilágításhoz, steril takaró.

Rész száma: 2

Elnevezés: 1 darab új Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer beszerzése

1) **Rövid meghatározás**

Adásvételi szerződés a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukcióhoz kapcsolódóan (mindkét rész vonatkozásában):  
— meglévő röntgen berendezések cseréje új röntgen berendezések szállításával, üzembe helyezésével (a közbeszerzési eljárásban egyszer már használatba vett, használt, vagy demonstrációs célra felhasznált készülék nem ajánlható meg),  
— szállítói mérés elvégzésével az energia-felhasználás csökkenésének alátámasztására,  
— kezelőszemélyzet betanításával,  
— öt év jótállás vállalása mellett,  
— a napi működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartás biztosítása,  
— valamint a fenntartási időszakban (öt év) az évenkénti fenntartási jelentések alátámasztására szolgáló további mérések elvégzése, a vállalt indikátorok teljesüléséről szóló adatszolgáltatás nyújtása,  
— a régi berendezés selejtezésében való szakmai közreműködés,  
— a régi berendezés leszerelése, elszállítása,  
— valamint a fenti elvárások teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése, a jelen felhívásban és a dokumentációban valamint a fent hivatkozott KEOP konstrukció „Pályázati felhívás”-ában foglaltaknak megfelelően.

2. részben:

1 darab új Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer beszerzése

A meglévő berendezés: 7XPro 100 – HF 632 digitális röntgen gép.

2) **Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)**

33000000

3) **Mennyiség**

1 darab új Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer beszerzése.

4) **A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése**

napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) **További információk a részekről**

Bírálati szempont:

Össességében legkedvezőbb ajánlat:

1. részszerpont: ajánlati ár / nettó HUF Súlyszám=70

2. részszerpont: megajánlott készülék rendelkezik egy olyan szoftverrel, ami a készülék által készített mellkas felvételek számítógépes kiértékelésének támogatására alkalmas, mellkas diagnosztika CAD rendszerrel IGEN/NEM Súlyszám=30

Ponthatárok közötti pontszám meghatározása:

Az adható pontszám valamennyi részszerpont esetén: 1,00-10,00. Az ajánlatkérő szempontjából legkedvezőbb ajánlat maximális a legkedvezőtlenebb ajánlat minimális pontszámot kap.

Az egyes részszerpontokra kiosztott pontszámok az adott részszerpontra vonatkozó súlyszámmal („S”) felszorzásra kerülnek, majd ezek a szorzatok összeadásra kerülnek. Az eljárás nyertese a legmagasabb összpontszámot elért Ajánlattevő lesz. Ajánlatkérő a pontkiosztás során elvégzett számításokban az értékeket 2 tizedes jegyig határozza meg.

1. részszerponthoz: ajánlati ár / nettó HUF (S=70)

Az értékelés módszere: fordított arányosítás, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb:

$P = A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszerponthoz: megajánlott készülék rendelkezik egy olyan szoftverrel, ami a készülék által készített mellkas felvételek számítógépes kiértékelésének támogatására alkalmas, mellkas diagnosztika CAD rendszerrel

IGEN/NEM Súlyszám=30

Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval, tulajdonsággal rendelkező eszköz (IGEN válasz esetén) az adott részszerponthoz tartozó maximális (10,00), míg az adott funkcióval, tulajdonsággal nem rendelkező eszköz (NEM válasz esetén) minimális (1,00) pontszámot kap.

Csak egyféle válasz lehetséges. Vagy igen, vagy nem. Többféle válasz esetén az ajánlat érvénytelennek minősül.

Ajánlatkérő által előírt minimális műszaki előírás, műszaki tartalom:

Általános orvos- szakmai információk

Lakossági szűrésre alkalmas digitális tüdőszűrő berendezés

Teljesítmény 6 órás műszakban: Min. napi 300 szűrés, csúcsidőben: min 60 felvétel / óra

Az adatbázisba minimum rögzíteni lehet:

— a páciens TAJ számát,

— a páciens születési helyét, idejét,

- a páciens anyja nevét,
- a páciens lakhelyét, telefonszámát,
- rizikófaktorokat,
- szabadon definiálható megjegyzés rovatot

A szűrőberendezés maximális áramigénye: 3x16 A, 230 V 50 / 60 Hz

Felvételi szerkezet sugárvédelmi kabinnal

Elektromotorral üzemelő páciensemelő, könnyű pozicionálhatósággal

Sugárvédett felvételi kabin, könnyedén záródó, ólomüveg ablakos

Nagyméretű, beépített digitális flat-panel detektor a képátvitelhez, legalább 40x40cm

A detektortartóban min. 60 lam/cm álló finomrács és 3 mezős AEC kamra

Érintő képernyős, integrált detektor- és generátorvezérlés. A munkahely APR programja egyúttal a generátort is vezérli, a generátor beállításai -KV mAs – előre programozottak.

A vezérlőfelület a generátor és detektorfunkciók vezérlésén felül a munkalista kezelésére, valamint a képek a TFT monitoron történő megtekintésére is szolgál

Gyári munkahely-vezérlő program, azaz a munkahely vezérlő program és a detektor gyártója legyen azonos

Munkahely-vezérlő program gyártója, típusa

Digitális képrögzítés: Min. 2,5k x 2,5k pixel

Felvételi mezőméret: Min. 41 x 41 cm

Scintillátor anyaga: CSi

Szürke árnyalat leképezés (A/D konverzió): Min. 16 bit

Röntgen generátor

Min. 50 kW-os nagyfrekvenciás kivitel (2 %-os hullámossággal) 10 kWs energiatárolással

150 kV-os csőfeszültség, 1 kV-os léptetéssel

Röntgencső

Normál fordulató röntgencső

Automatikus csővédelmi rendszer

Anód hőkapacitása: min. 300 kHU

Nagyfókusz mérete: Max.1,3 mm

Kisfókusz mérete: Max. 0,6 mm

Páciens kabin / emelés

Motoros pácienslift emelési magassága

Motoros pácienslift maximális terhelhetősége, kg.

Átbocsátó képesség: min. 30 páciens/óra

Fókusz-detektor maximális távolsága min 180cm,

Adat- és képkezelési funkciók

DICOM szabvány szerinti adatforgalmazás:

DICOM Worklist SCP

DICOM Store SCP

Utólagos kép-kezelési (Post-processing) funkciók:

Kép-optimalizálás képrészletre

Inverz kép

Képnagyítás

Terület és hossz mérés

Lupe

Gammakorrektúra

Képre szöveg és grafika felvitele  
Különböző archiválási lehetőségek  
Informatikai háttér, tüdőszűrő röntgen munkahely részegységei  
1. Páciens adatbeviteli munkaállomás  
Vírusvédelmi program  
Számítástechnikai háttér:  
Min. Intel Core i3 processzor  
Min. 4 GB RAM  
Min. 500GB SATA  
DVD író/olvasó  
Min. 19"-os színes monitor  
Magyar billentyűzet  
Optikai egér  
Windows 7 Professional op. Rendszer, vagy azzal egyenértékű  
2. Felvételi, operátori munkaállomás  
Röntgenfelvételek készítésére alkalmas, a felvétel elfogadása után átküldi azt a szerverre.  
Munkaállomáson a páciensválasztás munkalistáról történik  
DICOM 3.0 kompatibilitás  
Számítástechnikai háttér:  
Min. Intel Core i3 processzor  
Min. 2 GB RAM  
Min. 300 GB HDD  
DVD olvasó  
Min. 19"-os színes monitor Magyar billentyűzet  
Optikai egér  
Windows 7 op. rendszer (vagy azzal egyenértékű) Mellkas-felvételi szoftver Szünetmentes tápegység: min. 650 VA  
Processzási funkciók:  
Ablakolás  
Inverz kép megjelenítése  
Forgatás, tükrözés  
Kicsinyítés/ nagyítás  
Távolság-, terület- és szögmérés  
Mozgóképek (cine) üzemmód  
Pixel denzitás megjelenítése  
Grafika és szövegrögzítés a képre  
Tetszőleges kézzel rajzolt alakzat elhelyezése (ROI)  
Előnézeti képek támogatása a gyorsaság érdekében  
Páciens CD import lehetősége  
W/L preset CT felvételekhez  
3. Leletező munkaállomás  
Négy magos processzor  
Minimum 2 GB RAM  
Minimum 250 GB SATA merevlemez  
1Gbit/s LAN kártya



DVD-RW  
Magyar billentyűzet  
Optikai egér  
MS Windows 7 Professional (vagy azzal egyenértékű)  
Leletező szoftver-ami illeszkedik az intézet PACS rendszeréhez  
Grafikus kártya, mely alkalmas a 2 db 2 MP-es radiológiai monitor meghajtására is  
PACS megtekintő és leletező szoftver  
Leletező monitorok  
2 db min 2MP radiológiai leletező monitor  
Méret min. 21"  
Fényerő min.: 1200 cd/m<sup>2</sup>  
Kontraszt: min.: 1400:1.

### **III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

#### **III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek**

##### **III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:**

A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ár; mértéke pedig a kötbér alapjának 1 %-a minden naptári nap után, de legfeljebb a Szerződéses ár nettó (ÁFA nélküli) összegének (a szerződés összértékének) 20 %-a.

Ezt meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő a szerződés még nem teljesített részétől elállhat vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A hibás teljesítési kötbér: alapja a nettó szerződéses ár; mértéke pedig a kötbér alapjának 1 %-a minden naptári nap után, de legfeljebb a Szerződéses ár nettó (ÁFA nélküli) összegének (a szerződés összértékének) 20 %-a.

A megghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó szerződéses ár; a kötbér mértéke pedig a kötbéralap 20 %-a.  
Jótállási kötelezettség: 60 hónap.

##### **III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**

Valamennyi rész vonatkozásában:

A szerződés a KEOP-5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” tárgyú Európai Uniói pályázati forrásból kerül finanszírozásra. A támogatás mértéke 100 %.

Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást közvetlen szállítói kifizetéssel teljesíti.

A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1) bekezdése, valamint az 57/A. § (1)-(6) bekezdései alapján. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel történő elszámolás részletszabályait a Kormány európai uniói források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja határozza meg.

Ajánlattevő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy előleg igénylése esetén az előleggel történő elszámolást a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben felhatalmazott a Kormány európai uniói források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által részletesen szabályozott módon köteles megtenni.

Szállítói előleg igénylése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő köteles a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt Szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai

uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerint előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani. Az előleg-visszafizetési biztosíték kedvezményezettje a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja. Előleg visszafizetési biztosítékként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Eladó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92.§ (1) szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként (4/2011. Korm. r. 57/A.§ (3)). A biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik megjelölt, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, illetve módon. (Kbt. 126. §. (6) bekezdés b) pontja)  
Az igényelt előleg összege a szerződés teljesítését követően kiállított számlából kerül levonásra. A kifizetés rendje:

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.

Közbeszerzési részenként egy számla nyújtandó be.

A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek mérési jegyzőkönyvben dokumentált 24 órás méréssel alátámasztva kell kimutatnia, hogy a leszállított berendezés a régi (ajánlatkérőnél jelenleg üzemelő) berendezéshez képest egy vizsgálatra vetítve a legalább 15 %-os energia-felhasználás csökkenést teljesíti. Az előírt energia megtakarítás előzőek szerinti igazolása a vég számla kifizetésének feltétele.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései, 2011. évi CVIII. törvény 130.§ (1), (4) és (6) bekezdései, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet.

A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát és megnevezését is: „Pályázati azonosítószám: KEOP-5.6.0/E/15: „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása”

A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § alkalmazása kötelező. Alkalmazandó továbbá különösen a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.

III.1.3) **A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:**  
Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítéséhez.

III.1.4) **Egyéb különleges feltételek**  
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2) **Résztvételi feltételek**

III.2.1) **Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1), illetőleg az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.  
Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-11. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján a részvételre jelentkező jelentkezésében, csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. §(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok az eljárást megindító felhívás feladásánál nem lehetnek korábbiak.

Külön hivatkozunk a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-ra.

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadó a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában, 16.5.2014-án és a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában 1.6.2012-jén megjelent útmutatói.

### III.2.2) **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1: 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) pont alapján:

Mindkét részre:

részvételre jelentkező csatolja nyilatkozatát a részvételi felhívás feladását megelőző előző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyában elért – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;

P./1.1.1.:

Amennyiben részvételre

jelentkező az előző három üzleti éven belül jött létre vagy kezdte meg tevékenységét, abban az esetben nyilatkozatban meg kell adni a részvételre jelentkező létrejöttének, illetve a tevékenység megkezdésének dátumát.

P/1. és P/1.1.pontok vonatkozásában:

A nyilatkozatokat külön-külön azon részre/részekre vonatkozóan kell megtenni, amelyekre ajánlattevő ajánlatot kíván tenni.

A közbeszerzés tárgya kifejezés alatt az adott részben szereplő termékkört érti ajánlatkérő.

Alkalmasság igazolása körében hivatkozunk a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdéseire.

Az alkalmasság igazolása körében hivatkozunk továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1: Az eljárásban alkalmatlan az a részvételre jelentkező, akinek a részvételi felhívás feladását megelőző előző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyában elért – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri a(z):

1.részre (C-íves röntgen átvilágító készülék árbevétele): nettó 12 000 000 HUF-ot,

2. részre (Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer árbevétele): nettó 30 000 000 HUF-ot.

P/1.1. pont vonatkozásában:

az eljárásban alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha működése ideje alatt a közbeszerzés fent meghatározott tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el fentiekben meghatározott részenkénti érték arányos (napokra vetített) értékét.

### III.2.3) **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M/1:

1-2. részekre:

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése a jelentkezéssel érintett részenként legalább az alábbi tartalommal:

- a teljesítés ideje (kezdetek és vége év/hó pontossággal),
- a teljesítés helye;
- a nettó ellenszolgáltatás összege,
- a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciát kiállító személy: neve, beosztása, telefon és telefaxszáma,)
- a szállítás vagy szolgáltatás tárgya.

Az alkalmasság igazolható:

- a)-ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
  - b)-ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
- A referenciát adó nyilatkozik arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2 1-2. részekre:

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján részvételi jelentkezőnek jelentkezésében be kell nyújtani a megajánlani kívánt termékre vonatkozóan a termékeknek az ajánlatkérő által a jelen felhívás B mellékletében előírt műszaki követelményeknek való megfelelést bemutató műszaki leírását, továbbá csatolni kell a jelentkezésben a megajánlani kívánt áru fényképét (prospektus).

A részvételi jelentkezésben be kell nyújtani továbbá a megajánlani kívánt termékek műszaki leírásában foglalt alátámasztására a gyártó megnevezését, címét, a termék azonosító adatait (gyártmány és/vagy típus) gyártói

termékleírást, amelyből a megajánlani kívánt termékre vonatkozóan benyújtott megajánlani kívánt műszaki leírásban foglalt paraméterek és az azokhoz rendelt értékek megtalálhatók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1:

Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított elmúlt 3 évből összesen legalább 1 db, összességében legalább

1. részre:

nettó 12 000 000 HUF értékű C-íves röntgen készülék értékesítésére (szállítására),

2. részre:

nettó 30 000 000 HUF értékű Flat panel detektoros digitális tüdőszűrő rendszer értékesítésére (szállítására) vonatkozó referenciával.

M/2 1-2. részekre:

Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a megajánlani kívánt áru nem felel meg az ajánlatkérő által a jelen felhívás B mellékletében előírt műszaki követelményeknek.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 55. §. (4) bekezdésében

előírtak figyelembevételével bírálja.

III.2.4) **Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk**

III.3) **Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek**

III.3.1) **Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk**

III.3.2) **A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek**

**IV. szakasz: Eljárás**

IV.1) **Az eljárás fajtája**

IV.1.1) **Az eljárás fajtája**

Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Az ajánlatkérő pályázatot kíván benyújtani a KEOP – 5.6.0/ E számú, „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” megnevezésű projekt keretében, amelynek feltétele a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés megléte.

Tekintettel a pályázat benyújtási határidejére (2015. augusztus), az alkalmazható eljárástípusok közül más típus (nyílt eljárás) esetében (tekintettel a várhatóan szükséges hiánypótlás és a bírálat időtartamára is) nem biztosítható a szerződéskötés a megjelölt határidőig, ezért szükséges a gyorsított eljárás alkalmazása.

IV.1.2) **Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma**

IV.1.3) **Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során**

IV.2) **Bírálati szempontok**

IV.2.1) **Bírálati szempontok**

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszerződések

IV.2.2) **Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) **Adminisztratív információk**

IV.3.1) **Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:**

IV.3.2) **Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre**  
nem

IV.3.3) **A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei**

A dokumentáció beszerzésének határideje: 3.7.2015 - 11:00

A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) **Ajánlattételi vagy részvételi határidő**

3.7.2015 - 11:00

IV.3.5) **Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére**

8.7.2015

IV.3.6) **Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók**  
magyar.

IV.3.7) **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**

IV.3.8) **Az ajánlatok felbontásának feltételei**

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

VI.1) **A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

**VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen  
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: Az „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” elnevezésű, KEOP – 5.6.0/E számú projekt.

**VI.3) További információk**

1.) Jelen eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra, ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) kíván benyújtani a KEOP – 5.6.0/E/15 „Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása” című konstrukció keretein belül.

Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 40. § (4) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényelnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételes megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatói Okirat megkötése.

2.) A jelen – energia megtakarítás célú – beszerzés kapcsán a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által leszállításra kerülő új röntgen berendezések a régi (meglévő, ajánlatkérőnél üzemelő) cserélendő berendezésekhez mérten egy vizsgálatra vetítve minimum 15 %-os energia megtakarítást kell teljesíteniük. Ajánlattevőknek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, hogy a megajánlott berendezések a régi (meglévő, ajánlatkérőnél üzemelő) cserélendő berendezésekhez mérten minimum 15 %-os energia megtakarítást biztosítanak. Ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.

A meglévő berendezések becsült energia fogyasztásának meghatározását – ellenőrző mérések végzését – Részvételre Jelentkezők/Ajánlattevőknek kell meghatározni ill. elvégeznie. Ajánlatkérő – erre irányuló Részvételre Jelentkezői/Ajánlattevői igénybejelentés esetén legkésőbb két munkanapon belül biztosítja a mérések elvégzését.

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötelessége és felelőssége annak egyértelmű bizonyítása, hogy a cserélendő berendezések, készülékek energia felhasználásához képest a leszállításra kerülő berendezések, készülékek az energia megtakarítás előírt legalább 15 %-os mértékét teljesítik.

3.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:

Az átvétel előtt a dokumentációba történő helyszíni betekintés lehetősége munkanapokon 9:00 órától 14:00 óráig.

A dokumentációt letölteni a Kanizsai Dorottya Kórház honlapjáról jelszóval lehet. Ajánlatkérő Részvételre Jelentkező részére e-mailben megküldi az elérési útvonalat és a letöltéshez szükséges jelszót, melyet Jelentkező a [titkarsag@nkkorhaz.hu](mailto:titkarsag@nkkorhaz.hu) e-mail-címen igényelhet.

A regisztrációhoz és jelszókérséshez e-mailben meg kell adni a következő adatokat:

— Jelentkező neve, székhelye

— Jelentkező elérhetősége (e-mail cím, postacím, telefon, telefax)

— kapcsolattartó neve elérhetősége

A dokumentáció letöltéséhez szükséges jelszó a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 11:00 óráig e-mailben igényelhető, figyelembe véve a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának időigényét.

A dokumentáció sikeres letöltéséről visszaigazolást kérünk e-mailben. Visszaigazolás hiányában a dokumentációt hiánytalanul letöltöttnek tekintjük.

Felhívjuk Tisztelt Részvételre Jelentkezők és Érdeklődők figyelmét, hogy Ajánlatkérő valamennyi érdekelt gazdasági szereplőről nyilvántartást vezet. Az adatok a közbeszerzési dokumentumok között megőrzésre kerülnek.

A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie. A dokumentáció másra át nem ruházható, nem tehető közzé.

4.) Ajánlatkérő a berendezések telepítésével érintett helyszínein 26.6.2015-án 11:00 órai kezdettel – nem konzultációs jelleggel – helyszíni bejárást tart. Találkozás: Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.) Igazgatási Épület Főigazgatói tárgyaló fszt.

A bejárásról készült jegyzőkönyvben rögzített kérdésekre kiegészítő tájékoztatás keretében adunk választ. A kiegészítő tájékoztatás a részvételi jelentkezési határidő lejártá előtt – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelő határidőben – Ajánlatkérő honlapjáról a dokumentáció eléréséhez megadott jelszó és felhasználói névvel érhető el. A kiegészítő tájékoztatásról ezen kívül Ajánlatkérő külön értesítést nem küld. A kiegészítő tájékoztatás megismerése Részvételre Jelentkező felelőssége.

A becsült energia fogyasztáshoz szükséges mérések elvégzésére – amennyiben erre a helyszíni bejáráson nem került sor, és Részvételre Jelentkező/Ajánlattevő igényli – Ajánlatkérő akár külön egyeztetett időpontban az eljárás részvételi vagy ajánlattételi szakaszában is biztosít lehetőséget Részvételre Jelentkezőnek/Ajánlattevőnek.

5.) Jelen felhívás II.3.) pontjában meghatározott teljesítési határidő a feltételes szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődik. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a Támogatói Okirat megkötésre (alírással) került. A Támogatói Okirat aláírásáról a szerződés tervezetben foglaltak szerint az ajánlatkérőként szerződő fél haladéktalanul (1 munkanapon belül) értesíti a nyertes ajánlattevőként szerződő felet.

6.) A meglévő, régi berendezések elszállítása: az elszállítást megelőzően 4 héttel jelezni kell az ajánlatkérő szerződésben megadott kapcsolattartója részére az elszállítási szándékot, a régi berendezések elszállítása legkorábban az új röntgen berendezések szállítása előtt 7 nappal lehetséges.

Próbaüzem minimális időtartama: 7 nap (a teljesítés időtartamába foglaltan)

Az üzembe helyezés (teljesítés) teljesnek tekinthető: a leszállítást és beszerelést követő próbaüzem (és a próbaüzem időtartama alatt elvégzett oktatások) és a legalább 15 %-os energia megtakarítást igazoló mérések lefolytatását és ezek dokumentálását, valamint a régi berendezések dokumentált selejtezését, leszerelését és dokumentált elszállítást követően.

7.) A részvételi jelentkezéseket munkanapokon 08:00 órától 14:00 óráig kell benyújtani, a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 11:00 óráig.

A jelentkezéseket a Kbt. 61. § rendelkezéseit alapul véve az alábbi formai követelmények betartásával kell benyújtani:

— példányszám: 1 eredeti példány,

— a jelentkezést zsinórral, lapozhatóan, nem bontható módon össze kell fűzni, a csomót matricával a jelentkezés első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a jelentkező részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen,

— A jelentkezésnek tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a jelentkezésben szereplő dokumentumok a jelentkező által alkalmazott sorszámozás alapján megtalálhatóak,

— a jelentkezésben lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodószervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az utóbbi felhatalmazást írásos meghatalmazás és teljes bizonyítóerejű magánokirat formájában csatolni kell a jelentkezéshez (elegendő egyszerű másolatban),

— a jelentkezés minden olyan oldalát, amelyen – a jelentkezés beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni,

— a jelentkezés valamennyi lapját szignózni kell.

Jelentkező jelentkezését az eredetivel mindenben megegyezően, jelszó nélkül olvasható, nem módosítható elektronikus adathordozón (pl. CD.) is köteles benyújtani. Jelentkezők szíveskedjenek jelentkezésükhöz cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja:

Dátum: 3.7.2015. 11:00 óra

Hely: Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2–8.) Igazgatási Épület – Főigazgatói tárgyaló

A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti személyek.

8.) Részvételre Jelentkezőnek csatolni kell nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdés, 55. § (5) bekezdés, 60. § (3) (5)-(6) bekezdésekre, szükség szerint a Kbt. 80. § (1) bekezdésre. Nemleges nyilatkozatok is csatolandók.

9.) Ajánlatkérő az eljárásban hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. § szerint biztosít.

10.) A részvételi szakasz eredményéről a Tisztelt Jelentkezőket az írásbeli összegezés megküldésével értesítjük.

11.) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó.

12.) Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki szakmai alkalmasságának feltételeit-mindegyik alkalmassági követelmény vonatkozásában – a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

13.) Részvételre Jelentkezőknek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. Irányadó: a magyar fordítás. Elegendő Részvételre Jelentkező általi felelős fordítás benyújtása.

14.) Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdés értelmében az eljárás nyertesével, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

15.) Az eljárásban bármely név, konkrét megjelölés (konkrét gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre) hivatkozás – akár a felhívásban, akár a dokumentációban, beleértve a műszaki dokumentációt – csak az adott termék, dolog, eljárás, tevékenység jellegének egyértelmű és pontos meghatározása érdekében történt, és minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kitétel a termék, dolog, eljárás, tevékenység neve mellett irányadó. Egyenértékű termék megajánlása esetén a termék jellemzőit-amellyel az egyenértékűség igazolható – Részvételre Jelentkezőnek/Ajánlattevőnek igazolnia kell. Az igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból Ajánlatkérő kétséget kizáró módon meg tudja állapítani az egyenértékűséget. Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben – a terméklista bármely csekély hányadára, darabjára vonatkozóan -, akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen elvárásának.

16.) Részvételre Jelentkező jelentkezésében köteles csatolni – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében – a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint).

Részvételre Jelentkezőnek csatolnia kell a jelentkezéshez tartozó valamennyi dokumentumot (nyilatkozatot) aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírási nyilatkozatát, gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldányának eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy aláírási címpéldányként (azzal egyenértékűként) elfogadható az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is.



17.) Csak gyárilag előállított új termék ajánlható meg. Ez vonatkozik a megajánlott készülék minden elemére. Használt eszköz, anyag és fogyóeszköz, alkatrész, utángyártott, felújított más ezzel egyenértékűen előállított termék nem szerepelhet az ajánlatban. Az ilyen megajánlást tartalmazó ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. Az ajánlatban a megajánlott termékeket konkrétan nevesíteni kell (pl. típus, elnevezés, szám stb. konkrét elnevezéssel).

Minden további vizsgálat nélkül érvénytelen az ajánlat, amely akár részben, akár egészben nem felel meg Ajánlatkérő ezen elvárásának.

18.) A készülék üzembe helyezéséhez szükséges bármely szükséges engedély beszerzése Részvételre Jelentkező/Ajánlattevő feladata.

19.) Irányadó jog: a magyar jog

20.) Alkalmazandó idő: CET

21.) A nyertes ajánlattevő feladata a fenntartási időszak során vállalt karbantartás keretében évente egy alkalommal a KEOP -5.6.0/E/15 felhívásban foglaltaknak megfelelően fenntartási jelentések készítése, amelyhez elvégzi a szükséges méréseket, melyek alátámasztják a 15 %-os energia-felhasználás csökkenést.

22.) Amennyiben Részvételre Jelentkező, közös részvételre jelentkezők bármelyike, alvállalkozó, illetve kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet (az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételre jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

23.) Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 84. § (3) bekezdés értelmében az eljárás – jelen – részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot, ez jelentkezés érvénytelenségét vonja maga után (Kbt. 74.§ (3) bekezdés).

#### VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

##### VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

1026 Budapest

MAGYARORSZÁG

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828594

Internetcím: [www.kozbeszerzes.hu](http://www.kozbeszerzes.hu)

Fax: +36 18828593

##### VI.4.2) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.

##### VI.4.3) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

1026 Budapest

MAGYARORSZÁG

E-mail: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Telefon: +36 18828594

Internetcím: [www.kozbeszerzes.hu](http://www.kozbeszerzes.hu)

Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának időpontja:**  
22.6.2015